

CERTIFIKAT

Hermed bekræftes, at udstyret til sterilisation er kontrolleret med biologiske indikatorer leveret af SSI Diagnostica A/S.

De indsendte biologiske indikatorer er dyrket i overensstemmelse med kravene i ISO 11138-3 / 11138-4, og kontrollen er godkendt.

Dato: **29 SEP. 2020**



Marion Krontoft

Kvalitetsansvarlig biologiske indikatorer
SSI Diagnostica A/S



Quality System
DS/EN
ISO 13485

SSI Diagnostica A/S
Herredsvejen 2
3400 Hillerød
Danmark

ssidiagnostica.com